

仕様書

1. 件名 拡散型圧力波治療器（振動ヘッド付空気圧式マッサージ器）一式

2. 用途、使用目的

身体の筋肉構造を刺激、マッサージするために使用する。

3. 調達品名及び構成内訳、数量

品名 拡散型圧力波治療器 EMS SWISS DOLORCLAST smart20

数量 一式

構成

1. SWISS DOLORCLAST smart20 セット

1-1	コンソール	1式
1-2	EVO BLUEハンドピース	1式
1-3	15mm アプリケーターEVO	1式
1-4	15mm ロングアプリケーターEVO	1式
1-5	36mm アプリケーターEVO	1式
1-6	メンテナンスキット（ピストンEVO, Oリング）	1式
1-7	ソフトハンドルEVO	1個
1-8	カート/オイルフリーコンプレッサー	1式
1-9	ボトルホルダー/ケーブルホルダー	1式
1-10	EMSコンタクトジェル	2個

4. 調達品に備えるべき技術的要因

（性能、機能に関する要件）

拡散型圧力波治療器は以下の要件を満たすこと。

- 1 刺激強度設定は、1.5bar ~ 4.0barの設定値帯であること
- 2 刺激頻度は、4Hz, 8Hz, 12Hz, 20Hzの、4段階のプリセット式であること。
- 3 コンプレッサは外付け式であること。
- 4 コンプレッサは、4barで毎分38Lの圧縮空気供給能力を備えていること。
- 5 ハンドピース先端は、患部への押し付け度合が把握できるダンパー式であること。
- 6 ハンドピースの消耗部交換は、ピストン一体型であること。
- 7 カートはキャスター付きであること。

5. 必要最小寸法

4-1 コンソール：225 (W) × 301 (D) × 108mm (H)

4-2 ハンドピース：220 (W) × 110mm (D)

4-3 カート/オイルフリーコンプレッサ：280 (W) × 372 (D) × 892mm (H)*

* ボトルホルダー/ケーブルホルダーは含まず

6. 定格電源

AC 100 ~ 240V

7. 電源周波数

50/60Hz

以上